SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA
BV ĐK HUYỆN YÊN CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 33 /TB-BVĐK
V/v mời báo giá mua sắm thiết bị y tế của Bệnh viện đa khoa huyện Yên Châu

Yên Châu, ngày 16 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO

Kính gửi: : Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa huyện Yên Châu tỉnh Sơn La có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng câu hình, tính năng, thông số kỹ thuật và dự toán gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho mua sắm thiết bị y tế năm 2025 của Bệnh viện đa khoa huyện Yên Châu tỉnh Sơn La với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Yên Châu, Tiểu khu 5 – Thị trấn Yên Châu – Huyện Yên Châu – Tỉnh Sơn La.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá : Lê Thị Kim Cúc, Cán bộ văn thư, Số điện thoại: 0852269889, bvdkyc@gmail.com.Địa chỉ: Phòng hành chính- Tổ chức Bệnh viện đa khoa huyện Yên Châu.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

+ Nhận trực tiếp : Bệnh viện đa khoa Yên Châu, Tiểu khu 5 – Thị trấn Yên Châu – Huyện Yên Châu – Tỉnh Sơn La. (Bản báo giá gốc, tài liệu kỹ thuật, Catalogue,...)
+ Nhận qua email: bvdkyc@gmail.com. (Bản scan báo giá gốc, file mềm (Docx, xlxs..) tài liệu kỹ thuật, Catalogue,...)
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 19 tháng 5 năm 2025 đến trước 17h30p ngày 30 tháng 5 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế:

(chi tiết tại phụ lục I kèm theo)

2.Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo hành thiết bị y tế : Tại Bệnh viện đa khoa Yên Châu, Tiểu khu 5 – Thị trấn Yên Châu – Huyện Yên Châu – Tỉnh Sơn La.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực(bao gồm quá trình bàn giao, chạy thử, nghiệm thu hợp đồng).

4. Yêu Cầu hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu*).(tại phụ lục II đính kèm)*

+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), hồ sơ chưng minh tiêu chuẩn chất lượng).*(tại phụ lục II đính kèm)*

+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có) hoặc hóa đơn bản chụp đối với mặt hàng báo giá (nếu có)

+ Catalogue, Datasheet, cấu hình chi tiết, tính năng kỹ thuật, thông số kỹ thuật của các thiết bị và các tài liệu liên quan khác.

5. Các quy định đối với báo giá.

- Báo giá có đầy đủ, chi tiết các nội dung trong từng thiết bị(***Yêu cầu chung, cấu hình thiết bị, tính năng, thông sô kỹ thuật***) mà nhà thầu tham gia, theo mẫu đính kèm trong yêu cầu báo giá.

Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá (Theo nghị định số 24/2024/NĐ-CP)

Trân trọng.

Nơi Nhận
Như trên;
Phòng KHTH đăng Website;
https://muasamcong.mpi.gov.vn
VT, KD

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN YÊN CHÂU

BSCKII. Lê Thái Hà

Phụ lục I

Danh mục thiết bị y tế yêu cầu báo giá

(Ban hành kèm theo thông báo số: 33/TB-BVĐK ngày 16/5/2025 của Bệnh viện đa khoa Yên Châu)

STT	Danh mục thiết bị y tế	Đơn vị tính	Số lượng
1	**Máy siêu âm Doppler màu** **I. Yêu cầu chung:** - Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100% - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE hoặc tương đương - Nguồn điện làm việc: Phù hợp với điện lưới tại Việt Nam - Môi trường làm việc: Phù hợp với điều kiện khí hậu của Việt Nam **II. Cấu hình:** 1. Máy chính: 01 máy 2. Đầu dò Convex đa tần: 01 chiếc 3. Đầu dò Linear đa tần: 01 chiếc 4. Đầu dò phụ khoa : 01 Chiếc 5. Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ 6. Máy tính + Máy in màu: 01 bộ 7. Máy in nhiệt đen trắng kèm 01 cuộn giấy in: 01 chiếc 8. UPS 2kVA: 01 bộ	Cái	1
2	**Máy điện tim 3 kênh** **I. Yêu cầu chung:** - Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100% - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE hoặc tương đương - Nguồn điện làm việc: AC 220V, 50Hz (110V, 60Hz) **II. Cấu hình:** 1. Máy chính: 01 máy **Bộ phụ kiện tiêu chuẩn:** - Dây dẫn ECG: 1 bộ - Kẹp điện cực chân tay: 1 bộ - Điện cực ngực: 1 bộ - Dây nguồn: 1 bộ - Dây nối đất: 1 bộ - Giấy ghi nhiệt: 1 cuộn - Sách hướng dẫn sử dụng: 1 bộ	Cái	2
Tổng cộng: 02 khoản			

Phụ lục II
Mẫu báo giá
(Ban hành kèm theo thông báo số: 33/TB-BVĐK ngày 16/5/2025 của Bệnh viện đa khoa Yên Châu)

BÁO GIÁ

Kinh gửi: Bệnh viện đa khoa huyện Yên Châu

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số 33/TB-BVĐK ngày 16/5/2025 của Bệnh viện đa khoa huyên Yên Châu, Sơn La. Chung tôi ….[*ghi tên, địa chỉ hãng sản xuất, nhà cung cấp, trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cũng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh*]. Báo giá cho các thiết bị y tế như sau**:**

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan như sau:

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký,mã, nhãn hiệu, model, Hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn Gia	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế,phí, lệ phí(nếu có)(VND)	Thành Tiền (VND)

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và tài liệu liên quan của trang thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng …. ngày, kể từ ngày … tháng … năm …[ghi cụ thể số ngày nhưng không được nhỏ hơn 120 ngày], kể từ ngày … tháng … năm… [*ghi ngày… tháng… năm… kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản* 4 Mục 1- Yêu cầu báo giá].
3. Chúng tôi cam kết:

- Không đăng trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp .
- Giá trị của thiết bị y tế nếu trong nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

…. Ngày… tháng… năm …
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(ký tên, đóng dấu)

Phụ lục III

Bảng đap ứng kỹ thuật

(Ban hành kèm theo thông báo số: 33/TB-BVĐK ngày 16/5/2025 của Bệnh viện đa khoa Yên Châu)

STT	Tên thiết bị /ký mã hiệu/ nhãn mác sản phẩm/ Hãng nước sản xuất	Yêu cầu chung, Cấu hình theo yêu cầu báo giá	Thông số kỹ thuật chi tiết và các tiêu chuẩn của các hạng mục chào giá	Tài liệu Tham chiếu
2	**Máy siêu âm Doppler màu** Model: Hãng sản xuất: Nước Sản xuất …			
1.1	Yêu cầu chung (Theo thứ tự của yêu cầu báo gia)			Tài liệu … trang số…
1.2	**Yêu cầu vè cấu hình** *(Theo thứ tự của yêu cầu báo giá)*			Tài liệu … trang số…
1.3	Yêu cầu về thông số kỹ thuật**(Nhà thầu chào chi tiết tính năng, thông số kỹ thuật)**			Tài liệu … trang số…
1.4	Các đặc tính thông số kỹ thuật, phần mềm bổ sung ngoài yêu cầu báo giá			Tài liệu … trang số…
2	**Máy điện tim 3 kênh** Model: Hãng sản xuất: Nước Sản xuất			
2.1	Yêu cầu chung (Theo thứ tự của yêu cầu báo gia)			Tài liệu … trang số…
2.2	**Yêu cầu vè cấu hình** *(Theo thứ tự của yêu cầu báo giá)*			Tài liệu … trang số…
3.3	Yêu cầu về thông số kỹ thuật **(Nhà thầu chào chi tiết tính năng, thông số kỹ thuật)**			Tài liệu … trang số…
2.4	Các đặc tính thông số kỹ thuật, phần mềm bổ sung ngoài yêu cầu báo giá			Tài liệu … trang số…
3	…			
4	…			
5	…			

.... Ngày… tháng… năm ...

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(ký tên, đóng dấu)